

127287, Москва, 4-й Вятский пер., д. 39
Тел/факс: 613-45-09

№ 506 от 08.11.12
на _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термокроватка неонатальная со световой и звуковой сигнализацией при перегреве термоматраса Детка-12-01 ТУ 92-96 ЯЕИВ.941121.001, зав № 51010057, изготовленная ФГУП «НПЦАП им. академика Н.А. Пилюгина», проходила клинические испытания в отделении выхаживания недоношенных детей в Городской больнице №8 Департамента здравоохранения г. Москвы в течении 1 месяца в октябре 2012 года для реабилитации маловесных новорожденных с морфно-функциональной незрелостью и с нарушенной системой терморегуляции.

Термокроватка «Детка 12-01» была представлена новой, в полной комплектации, в соответствии с паспортом изделия. Специалистами ФГУП «НПЦАП» проведено обучение работе с термокроваткой врачей и медсестёр отделения.

Термокроватка «Детка 12-01» оснащена прозрачной капсулой, состоящей из съёмной верхней крышки и четырёх откидных стенок, которые облегчают доступ к ребенку для проведения манипуляций и удобство при дезинфекции изделия. Нагреваемое ложе, являющееся частью корпуса изделия, накрыто гелевым матрасом, который обеспечивает комфортное пребывание новорожденного в кроватке. Ограничители термоматраса исключают падение пациента при работе детского отсека с опущенными стенками. Изделие снабжено графическим монитором, который вынесен на поворотную штангу и обеспечивает удобство наблюдения и управления термокроваткой и индицирует температуру изделия, уставку, состояние заряда аккумулятора, потребляемую мощность, а также при нештатных режимах выдаёт рекомендации персоналу. Интерфейс монитора русифицирован. Наличие штанги позволяет устанавливать дополнительное оборудование. Удобство перемещения достигается с помощью четырех колёс большого диаметра, два из которых снабжены тормозными механизмами. Термокроватка «Детка 12-01» снабжена механизмом изменения наклона ложа. Наличие корзины повышенной ёмкости позволяет хранить расходные материалы в непосредственной близости от ребёнка.

За отчетный период эксплуатации замечаний по работе кроватки нет, отзывы медицинского персонала – положительные.

Термокроватка «Детка 12-01» подтвердила стабильность значений регулируемых параметров, проста в обращении и удобна в процессе санитарной обработки, наличие термоблокировки, световой и звуковой аварийной сигнализации обеспечивают безопасность применения изделия.

Испытания показали, что термокроватка «Детка 12-01» удовлетворяет современным требованиям к медицинскому оборудованию и может быть рекомендована для оснащения родильных домов, перинатальных центров и других учреждений родовспоможения.

Главный врач



А.Б. Дуленков

Зав. отделением

О.В. Потапова